

Risikoeinstufung und -bewertung für Medizinprodukte (MP)

Unkritisch	Semikritisch A/nicht invasiv z.B.KONS/ZE/KFO	Semikritisch B/nicht invasiv z.B.KONS/ZE/KFO	Kritisch A/invasiv z.B.CHIR/PA/Endo	Kritisch B/invasiv z.B.CHIR/PA/Endo
MP, die maximal mit intakter Haut in Berührung kommen	MP, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen ▷ ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung ohne Hohlkörper	MP, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen ▷ mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung (MP mit Hohlkörper oder zerlegbare MP) ▷ Gelenk, Verschraubung ▷ Mit Hohlkörper	MP, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen ▷ ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung	MP, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen ▷ mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung (MP mit Hohlkörper oder zerlegbare MP)

Unkritisch	Semikritisch A	Semikritisch B	Kritisch A	Kritisch B
Behandlungseinheit	Spiegel	Sauger	Scharfer Löffel	Chirurgische Fräsen
Extraorale Teile: Gesichtsbogen	Sonde	Crown-Butler-Aufsatz	Tamponadenstopfer	Explantationsfräsen
ZE-Zangen (Flachzange, ...)	Pinzette	Endo-Köcher	Raspatorium	Nadelhalter
Crown Butler, Handstück	Kronenabnehmezange (Furrer)	Endo-Messblock	Wurzelheber	Chirurgische Schere
Nierenschale	Telezange (Flipper)	Spritzen (Injektion, MU)	Wangenhalter (Metall)	Extraktionszange
Längenmessgerät	Beißkeil	Applikationsspritzen (Füllung)	Langenbeck	PA-Box
Röntgenschild	Röntgenhalterstab	AG-Pistole	Schraubendreher Ersatz	WSR-Box
Glasplatte	Kronenhebel	Automatikzubehör	Impla-Box (chirurg.)	Impl-Box (Sinuslift)
Bondingnäpfe	Bissgabel/Gesichtsbogen	Kofferdamzange	Chirurgische + anatomische Pinzette	Impl-Box (Implantat)
Dappengläser	Papierhalter Okklusionsfolie	Zange Matrizensystem	Normale Pinzette (chirurg.)	2 x Bohrerbox (Implantat)
		Matrizen (Tofflemire)	PA-Sonde	2 x Cassette (Scaler)

Unkritisch	Semikritisch A	Semikritisch B	Kritisch A	Kritisch B
Alginatbecher, -spatel	Wangenhalter (Kunststoff)	Hand- und Winkelstücke (ZE/Kons)	Scaler	Implantat-Ratschen
Kofferdamlochzange	Abdrucklöffel	Soniflex-Handstück, PZR	Ständer für OP-Winkelstück (chirurg.)	Hammer (Implantat)
Kofferdambügel	Füllungsinstrumente (Kugel, Heidemann-Spatel, Exkavator, Planstopfer)		Edelmetallschalen	Knochensieb
Serviettenkette	Heidemann-Spatel für Endo (Cutter)		Spreader	Hand- und Winkelstück (Chirurgie/PA)
Rö-Visiering	Häkchensonde		Knochenmeisel	OP-Schläuche
Kamera	Rotierende Instrumente (Kons/ZE)		Becherhalter für OP	
Schieblehre				
Behandlungstray				
Röntgengerät				
Fußanlasser				
PC-Tastatur/Maus	<u>Intraoral per Wischdesinfektion, da thermolabil</u>	<u>Intraoral per Wischdesinfektion, da thermolabil</u>		
Behandlungszimmer (Schubladen, Schränke, Arbeitsplatten)	LED/UV-Lampe	Diagnodent		
Watterollenspender	Intraorale Kamera	Intraorale Taschenlampe		
Wattepelletspender				
Spritzenhalter				
Instrumentenwanne				

*) Instrumente/Geräte können semikritische oder kritische MP sein. Die Risikostufe wird durch den Einsatz (invasiv/nichtinvasiv), die Dentaleinheit (Kühlwasser mit oder ohne Rücksog) sowie die Herstellerangaben bestimmt.

Diese Auflistung ist keine Garantie auf Vollständigkeit. Jede Risikoeinstufung und -bewertung muss praxisindividuell und je nach zum Einsatz kommender MP erstellt und eingestuft werden!